

四平市计量检定测试所

# 检定证书

证书编号: YX23-030212

送检单位: 四平市中心人民医院

计量器具名称: 数字心电图机

型号/规格: ECG-1550P

出厂编号: 758

制造单位: 上海光电

检定依据: JJG1041—2008

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人 张静

核验员 张静

检定员 张静

证书号

检定日期

2023年 12月 27日

有效期至

2024年 12月 26日

计量检定机构授权证书号: 吉法计(2020)004号

地址: 四平市铁西区兴红路与北迎宾街交汇处山水庄园1号办公楼

传真: (0434) 3215933

电话: (0434) 3215840

邮编: 136000

邮箱: sp3215840@163.com

第1页 共2页

证书编号: YX23-030212

### 说 明

1、计量标准考核证书号: [2002]吉量标法证字第 004040 号

2、社会公用计量标准证书号: [2020]四社量标四公证字第 004040 号

3、本次检定所使用的主要计量标准器具:

名 称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	溯源证书	
			证书编号	有效期至
智能化 心、脑电 图机检定 仪	方波电压(峰峰值): 0.1mV~5V 方波周期: 0.01s~10s 正弦波电压(峰峰值): 0.1mV~5V 正弦波频率: 0.1Hz~200Hz 心率: (20~300) 次/min	方波电压(峰峰值) MPE: $\pm 1\%$ 方波周期 MPE: $\pm 1\%$ 正弦波电压(峰峰值) MPE: $\pm 1\%$ 正弦波频率 MPE: $\pm 1\%$ 心率 MPE: $\pm 1\%$	653382300	2024/7/10

4、检定地点: 现场 /送检四平市计量检定测试所医学实验室 现场该院器械科

5、检定的环境条件:

检定温度: 16 °C 相对湿度: 37 %

### 检 定 结 果

- 外观及工作正常性检查: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 内定标电压误差: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 输入电压范围: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 耐极化电压: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 加权系数误差: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 内部噪声电平: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 波形识别能力: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 幅度误差测量: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 时间间隔测量误差: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 心率测量误差: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。



注: 我所仅对加盖“四平市计量检定测试所检定专用章”的完整证书负责。

四平市计量检定测试所

# 检定证书

证书编号: YX23-030210

送检单位: 四平市中心人民医院

计量器具名称: 数字心电图机

型号/规格: ECG1550P

出厂编号: 31

制造单位: 日本光电

检定依据: JJG1041—2008

检定结论: 合格



批准人 张静

核验员 张静

检定员 张静



检定日期

2023年 12月 27日

有效期至

2024年 12月 26日

计量检定机构授权证书号: 吉法计(2020)004号  
地址: 四平市铁西区兴红路与北迎宾街交汇处山水庄园1号办公楼  
传真: (0434) 3215933

电话: (0434) 3215840  
邮编: 136000  
邮箱: sp3215840@163.com

证书编号: YX23-030210

### 说 明

1、计量标准考核证书号: [2002]吉量标法证字第 004040 号

2、社会公用计量标准证书号: [2020]四社量标四公证字第 004040 号

3、本次检定所使用的主要计量标准器具:

名 称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	溯源证书	
			证书编号	有效期至
智能化 心、脑电 图机检定 仪	方波电压(峰峰值): 0.1mV~5V 方波周期: 0.01s~10s 正弦波电压(峰峰值): 0.1mV~5V 正弦波频率: 0.1Hz~200Hz 心率: (20~300) 次/min	方波电压(峰峰值) MPE: $\pm 1\%$ 方波周期 MPE: $\pm 1\%$ 正弦波电压(峰峰值) MPE: $\pm 1\%$ 正弦波频率 MPE: $\pm 1\%$ 心率 MPE: $\pm 1\%$	653382300	2024/7/10

4、检定地点: 现场 /送检四平市计量检定测试所医学实验室 现场该院器械科

5、检定的环境条件:

检定温度: 16 °C 相对湿度: 37 %

### 检 定 结 果

- 外观及工作正常性检查: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 内定标电压误差: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 输入电压范围: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 耐极化电压: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 加权系数误差: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 内部噪声电平: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 波形识别能力: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 幅度误差测量: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 时间间隔测量误差: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。
- 心率测量误差: 合格 不合格 \_\_\_\_\_。



注: 我所仅对加盖“四平市计量检定测试所检定专用章”的完整证书负责。