



北京龙邦科技发展有限公司实验室

Beijing Longwatch science & technology development Co.,Ltd lab

冷藏3

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: JZ24H160007
Certificate No.



中国认可
国际互认
CALIBRATION
CNAS L16059

客户名称

Name of Applicant

四平市中心人民医院

客户地址

Address

四平市铁西区南迎宾街 89 号

器具名称

Name of Measuring Instruments

无线智能温湿度记录终端

型号/规格

Type/size

LBTC-06-F

出厂编号

Serial No.

72401864

制造单位

Manufacturer

北京龙邦科技发展有限公司

器具接收/校准日期

Date of Receipt/Calibration Date

2024-08-16/2024-08-16

签发单位(专用章):

Cal Center Stamp



批准人

Approved by

黄玲玲

核验员

Checked by

黄玲玲

校准员

Calibrated by

孙伟明

签发日期

Issued Date

2024

年

08

月

16

日

地址: 河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村远航路 8 号

Address: No.8 Yuanhang Road, Sijiazhuang Village, Sijiazhuang Town, Luquan

District, Shijiazhuang, Hebei, China

联系电话 (Tel): 0311-89652680

电子邮箱 (E-Mail): hbjyjc@163.com

邮政编码 (Zip Code): 050000



北京龙邦科技发展有限公司实验室

Beijing Longwatch science & technology development Co.,Ltd lab

证书编号: JZ24H160007
Certificate No.

校准机构授权说明:

- 1、本实验室质量管理体系符合 ISO/IEC 17025 标准的要求, 并经中国合格评定国家认可委员会认可, 实验室认可证书号: CNAS L16059。
- 2、本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制 (SI) 单位。

| | | | | | |
|------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|----|
| 校准依据 | JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》 | | | | |
| 校准地点 | 北京龙邦科技发展有限公司实验室 | | | | |
| 环境条件 | 温度 (°C) | 21.3-22.7 | 相对湿度 (%RH) | 49.1~53.6 | 其他 |

本次校准所使用的主要计量标准器

| 名称 | 出厂编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 | 溯源单位 |
|-------------|------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 精密露点仪 | 168245 | 湿度: (-10~20) °C (露点) 温度: (-10~70) °C | 露点温度 MPE: ±0.2 °C 温度: $U=0.04^{\circ}\text{C}, k=2$ | RGFW23-03404 RGFS23-JZ06696 | 2024-10-18 2024-10-15 | 河北省计量监督检测研究院 |
| 温湿度检定箱 | CF1110100 105 | 温度: (-8~65) °C 湿度: (20~90) %RH | 温度: 均匀度 $U=0.05^{\circ}\text{C}, k=2$; 波动度 $U=0.02^{\circ}\text{C}/30\text{min}, k=2$ 湿度: 均匀度 $U=0.5\%RH, k=2$; 波动度 $U=0.1\%RH/30\text{min}, k=2$ | GFJGJL20042455 0028 | 2025-01-14 | 国防科技工业 1311 二级计量站 |
| 自校式铂电阻数字测温仪 | 23107 | (-20~100) °C | $U=0.04^{\circ}\text{C}, k=2$ | RGFZ24-JZ00276 | 2025-03-04 | 河北省计量监督检测研究院 |

校准结果

| 温度 (°C) | | | 湿度 (%RH) (20°C 时) | | |
|---------|------|----------------------|-------------------|------|----------------------|
| 校准点 | 示值误差 | 扩展不确定度 U ($k=2$) | 校准点 | 示值误差 | 扩展不确定度 U ($k=2$) |
| 2 | +0.2 | 0.3 | 35 | +3.3 | 1.2 |
| 5 | +0.1 | 0.3 | 50 | +2.1 | 1.2 |
| 8 | +0.2 | 0.3 | 75 | -1.1 | 1.2 |

说明:

- 1、本证书未加盖校准专用章无效。
- 2、本结果只与被校准样品有关。
- 3、被校准样品修理后, 应立即重新校准。
- 4、在使用过程中, 如对被校准样品的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
- 5、根据客户的要求, 复校时间间隔为 (12) 个月。
- 6、未经本实验室书面批准, 不得部分复制本证书。

以下空白