

北京龙邦科技发展有限公司
Beijing Longbang Technology Development Co., Ltd

比对校准证书

Comparison calibration certificate

证书编号
(Certificate No: 240903144710835)

符合要求
Meet the requirements

产品名称	Client	无线温湿度监测终端
产品型号	Product mode	LBTC-06-F
产品编号	Product number	72402584
母具编号	Master tool No	81350095
检测依据	Test basis	JJF1076-2020数字式温湿度计校准规范
溯源性说明	Source Tracing	北京市计量检测科学研究院露点仪检定装置
检测地点	Testing location	本公司检测室
环境条件	Environmental Science	实时监测

比对校准结果 Environmental Conditions

测量点 (°C)	母具标准值 (°C)	产品实测值 (°C)	示值误差 (°C)
2.0	2.1	1.9	-0.2
5.0	4.9	5.0	0.1
8.0	8.1	8.2	0.1
测量点 (%RH)	母具标准值 (%RH)	产品实测值 (%RH)	示值误差 (%RH)
35.0	34.9	33.4	-1.5
50.0	49.5	51.4	1.9
75.0	74.2	72.2	-2.0

结论: 经分析, 该温湿度监测设备与母具经过比对, 测量范围和准确度符合要求, 可正常使用。

校准员 Calibrator: 扬天龙 核对员 Checker: 李城龙 批准人 Approver: 雒春艳

签发日期 Date of issue: 2024年09月03日

