

四平市计量检定测试所

检定证书

证书编号: YX24-030153

送检单位: 四平市中心人民医院

计量器具名称: 数字心电图机

型号/规格: FX7542


出厂编号: 18050042

制造单位: 北京福田

检定依据: JJG1041-2008

检定结论: 合格

证书骑



(检定专用章)

批准人 张静

核验员 张静

检定员 张静

检定日期

2024年 08月 21日

有效期至

2025年 08月 20日

计量检定机构授权证书号: 吉法计(2020)004号

地址: 四平市铁西区兴红路与北迎宾街交汇处山水庄园1号办公楼

传真: (0434) 3215933

电话: (0434) 3215840

邮编: 136000

邮箱: sp3215840@163.com

第1页 共2页



扫描全能王 创建

证书编号: YX24-030153

说 明

1、计量标准考核证书号: [2002]吉量标法证字第 004040 号				
2、社会公用计量标准证书号: [2020]四社量标四公证字第 004040 号				
3、本次检定所使用的主要计量标准器具:				
名 称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	溯源证书	
			证书编号	有效期至
智能化 心、脑电 图机检定 仪	方波电压(峰峰值): 0.1mV~5V 方波周期: 0.01s~10s 正弦波电压(峰峰值): 0.1mV~5V 正弦波频率: 0.1Hz~200Hz 心率: (20~300)次/min	方波电压(峰峰值) MPE: ±1% 方波周期 MPE: ±1% 正弦波电压(峰峰值) MPE: ±1% 正弦波频率 MPE: ±1% 心率 MPE: ±1%	616052400	2025/6/23
4、检定地点: 现场 (送检-四平市计量检定测试所医学实验室;现场-该院器械科)				
5、检定的环境条件: 检定温度: 25 ℃ 相对湿度: 45 %				
检 定 结 果				
1. 外观及工作正常性检查: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
2. 内定标电压误差: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
3. 输入电压范围: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
4. 耐极化电压: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
5. 加权系数误差: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
6. 内部噪声电平: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
7. 波形识别能力: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
8. 幅度误差测量: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
9. 时间间隔测量误差: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
10. 心率测量误差: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				



注: 我所仅对加盖“四平市计量检定测试所检定专用章”的完整证书负责。



四平市计量检定测试所

检定证书

证书编号: YX24-030172

送检单位: 四平市中心人民医院

计量器具名称: 数字心电图机

型号/规格: FX7542

出厂编号: 18050043

制造单位: 北京福田

检定依据: JJG1041-2008

检定结论: 合格



(检定专用章)

批准人 张静

核验员 张静

检定员 张静

检定日期 2024年 08月 21日

有效期至 2025年 08月 20日

计量检定机构授权证书号: 吉法计(2020)004号

地址: 四平市铁西区兴红路与北迎宾街交汇处山水庄园1号办公楼

传真: (0434) 3215933

电话: (0434) 3215840

邮编: 136000

邮箱: sp3215840@163.com

第1页 共2页



扫描全能王 创建

证书编号: YX24-030172

说 明

1、计量标准考核证书号: [2002]吉量标法证字第 004040 号				
2、社会公用计量标准证书号: [2020]四社量标四公证字第 004040 号				
3、本次检定所使用的主要计量标准器具:				
名 称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	溯源证书	
			证书编号	有效期至
智能化 心、脑电 图机检定 仪	方波电压(峰峰值): 0.1mV - 5V 方波周期: 0.01s - 10s 正弦波电压(峰峰值): 0.1mV - 5V 正弦波频率: 0.1Hz - 200Hz 心率: (20 - 300) 次/min	方波电压(峰峰值) MPE: $\pm 1\%$ 方波周期 MPE: $\pm 1\%$ 正弦波电压(峰峰值) MPE: $\pm 1\%$ 正弦波频率 MPE: $\pm 1\%$ 心率 MPE: $\pm 1\%$	616052400	2025/6/23
4、检定地点: 现场 (送检-四平市计量检定测试所医学实验室;现场-该院器械科)				
5、检定的环境条件: 检定温度: 25 $^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: 45 %				
检 定 结 果				
1. 外观及工作正常性检查: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
2. 内定标电压误差: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
3. 输入电压范围: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
4. 耐极化电压: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
5. 加权系数误差: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
6. 内部噪声电平: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
7. 波形识别能力: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
8. 幅度误差测量: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
9. 时间间隔测量误差: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				
10. 心率测量误差: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 _____。				



注: 我所仅对加盖“四平市计量检定测试所检定专用章”的完整证书负责。

