

# 四平市中心人民医院 辐射设备监测评估报告公告（二次）

四平市中心人民医院医工部拟辐射设备监测评估报告项目, 现进行挂网公示, 欢迎广大有资质的公司参选:

一、项目预算: 5 万元

二、比选须知:

参选单位在规定时间内递交院内比选文件至指定地点。递交院内比选文件的时间、地点及具体要求详见后文说明; 请仔细阅读相关内容, 如有贻误, 后果自负。参选单位提供的资料均应是真实有效的, 若有虚假, 由其承担一切后果。依据医院采购流程, 以现场评审专家与投标单位进行竞谈后的二次报价为准。

※提示: 比选会议现场须有专业技术人员参会, 否则必要时取消参选资格。

三、文件要求:

1、清单要求:

①项目详细清单及报价

②提供多家同类项目合同

③近 3 年公司财务状况证明 (以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准)

2、资格要求

①具有独立法人资格, 在工商局有注册登记且营业范围涵盖本次比选内容

②参加本次比选前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。(提供证明文件或承诺书)

③项目人员委托授权书和身份证复印件

④其他相关证件

注: 以上需提供复印件加盖公章, 原件备查。

※ 所有材料订装成册, 整体封存, ( 1 正本 5 副本)

※ 《项目评分标准》详见附件 1

3、投标廉洁承诺书 ( ※ 采购公告中下载 )

所有投标比选单位必须签署《投标廉洁承诺书》一式三份, 投标单位负责人签字并加盖公章 (勿装订比选文件中, 放在投标文件上整体封存即



可)。

#### 四、文件的递交:

1、符合比选文件资格要求的单位,请于2021年1月11日下午3:00—4:00时间段内将院内采购比选项目所需资料盖章密封,递交至四平市中心人民医院招采办办公室。

2、参选单位根据比选文件要求提供资格证明材料、项目清单、报价和《投标廉洁承诺书》等相关文件并全部加盖公章整体密封;参选单位递交的文件均应编写目录和页码。密封袋上标明单位名称、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章,密封件封口上应加盖骑缝章。无需购买标书。

五、各生产或经营企业所提供的证件必须真实有效,如发现造假者,立即终止交易活动,并上报上级主管部门处理。

联系方式:

四平市中心人民医院 招采办 蒋志远 13624440170 (文书咨询)

四平市中心人民医院 医工部 邱部长 13843413051 (技术咨询)



附件 1:

## 项目评分标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	价格因素	30分	以有效投标价平均值（有效投标价平均值=各有效投标人报价得总和÷有效投标人数量）为基准价， 报价得分=（基准价 / 报价）×30	最高分不超过30分
2	业绩	15分	吉林省内最近三年完成三甲医院类似项目≥15家（15分）；10-14家（10分）；<10家（5分）	提供合同复印件加盖公章
3	技术评分	30分	1、不少于15名在岗检测技术人员，具有与辐射设备监测相关的专业技术职务任职资格。（10分） 2、本单位在职人员，具有生态环境部核与辐射安全中心颁发的全国辐射事故应急演练及应急预案编制专项培训证书。注：需提供本单位的核安全中心发放培训合格证书复印件（证书上单位名称必须与投标单位一致）。（10分） 3、本单位在职人员，具有生态环境部（环保部）核与辐射安全中心颁发的辐射环境监测技术培训结业证书的专业技术人员大于等于≥4人。注：需提供本单位的核与辐射安全中心发放培训结业证书复印件（证书上单位名称必须与投标单位一致）。（10分）	
4	资质评分	15分	1、具备辐射设备检测甲级资质（5分） 2、具备完善的监测质量管理体系，获得《检验检测机构资质认定证书》，具备与开展检测业务相适应的检测项目和能力；（5分） 3、具备与开展检测业务相适应的仪器设备。（5分）	
5	项目评分	5分	1、辐射设备监测、可按时完成监测进度、承诺监测质量。（3分） 2、如有附赠项目内容。（2分）	
6	财务状况	3分	提供近3年的财务报表，报表完整得、财务状况良好的得3分，一般的得2分，差的得1分，不完整及不提供的得0分。	以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准
7	投标文件的规范性	2分	投标文件规范，没有细微偏差情形得2分，有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。	

