

四平市中心人民医院

口腔手机清洗消毒机采购公告

一、采购内容：

序号	采购方式	采购项目	申购科室	数量	预算金额
1	院内采购	口腔手机清洗消毒机	消毒供应中心	1 台	8 万元

二、比选须知：

参选单位在规定时间内递交院内比选文件至指定地点。递交院内比选文件的时间、地点及具体要求详见后文说明；请仔细阅读相关内容，如有贻误，后果自负。参选单位提供的资料均应是真实有效的，若有虚假，由其承担一切后果。依据医院采购流程，以现场评审专家与投标单位进行竞谈后的二次报价为准。

递交的文件内容应全面符合本公告“第四项文件要求”中全部内容，并胶装订成册（一正本、五副本），比选文件内容不全将取消参加资格。

三、项目参数：

口腔手机清洗消毒机参数

- （一）基本用途：用于口腔科高速手机、低速手机、种植手机、器械托盘等器械使用后的清洗、消毒、注油、干燥等工作。封门、控制系统、管路系统、外罩等。
- （二）基本结构(包括但不限于以下内容):清洗舱、清洗架、密封门、控制系统、管路系统、外罩等。
- （三）基本参数：
 - 1. 清洗舱：
 - 1.1 容量： $\geq 60L$ ，同时可清洗手机 ≥ 20 把，及器械托盘 ≥ 1 个。
 - 1.2 清洗舱材质：医用级 304 以上不锈钢材质。
 - 1.3 可放置两层清洗架。

- 1.4 喷淋。
2. 清洗架：
 - 2.1 配置两个用于手机清洗的清洗架，及一个用于器械托盘清洗的清洗架。
 - 2.2 每个用于手机清洗的清洗架，单次清洗可摆放手机 ≥ 20 把，配备专用的手机接口。
 - 2.3 每个用于器械托盘清洗的清洗架，单次清洗可摆放器械托盘 ≥ 1 个。
3. 密封门：
 - 3.1 开门方式:手动或电动。
 - 3.2 带有安全连锁功能。
 - 3.3 带有应急情况下手动开门功能。
4. 控制系统：
 - 4.1 液晶显示屏: ≥ 4 英寸。
 - 4.2 程序:强力、标准、快洗、超快等。
 - 4.3 程序状态显示:时间、温度、阶段(清洗、消毒、注油、干燥)等。
 - 4.4 运行时长: ≤ 60 分钟。
 - 4.5 温度控制精度:不低于 0.1°C 。
 - 4.6 干燥温度: $\leq 90^{\circ}\text{C}$ ，时长: $\leq 15\text{min}$ 。
 - 4.7 具有清洗记录保存及看功能。
 - 4.8 配置打印机，实现清洗消毒记录完整打印功能。
5. 管路系统：
 - 5.1 循环水泵:国际优质品牌。
 - 5.2 耗水量: ≤ 4 升/步，总水量: ≤ 20 升/步。
 - 5.3 水温: $\geq 93^{\circ}\text{C}$ ，水质:纯化水。
 - 5.4 排水泵:国际优质品牌，排水量:4升/步。
 - 5.5 风机:流量 ≥ 100 立方米/小时。
 - 5.6 配有清洗剂添加泵。
 - 5.7 配有注油泵。
6. 其他提供权威部门出具的消毒效果检测报告。



※提示：比选会议现场须有专业技术人员参会，必要时取消参标资格。

四、文件要求：

（一）清单要求：

1. 设备详细配置清单及报价
2. 提供多家同类项目合同
3. 提供检测报告（必须包含关键技术指标页）
4. 投标产品彩页
5. 近 1 年公司财务状况证明（以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准）

（二）资格要求

1. 具有独立法人资格，在工商局有注册登记且营业范围涵盖本次比选内容，在有效期内。有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章。
2. 参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供证明文件或承诺书）
3. 项目人员委托授权书和身份证复印件。

（三）投标廉洁承诺书（※ 采购公告中下载）

所有投标比选单位必须签署《投标廉洁承诺书》一式三份，投标单位负责人签字并加盖公章，会议现场递交。

（四）参选单位根据比选文件要求，封皮上标明单位名称、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章。参选文件提供的项目详细配置清单、报价、资格证明、资质材料等文件全部加盖公章，均应编写目录和页码。无需购买标书。

※以上所有材料胶装成册（1 正本 5 副本），整体封存。

※《项目评分标准》详见附件 1

（五）请符合院内比选文件要求的参选单位，于 2021 年 12 月 29 日 11:00 前送到招标采购办公室（可邮寄），逾期传递或不符合规定的投标文件恕不接受。

收件地址：吉林省四平市铁西区中心人民医院体检中心前台

联系人：王老师

联系电话：15144441213

五、各生产或经营企业所提供的证件必须真实有效，如发现造假者，立即终止交易活动，并上报上级主管部门处理。

联系方式：

四平市中心人民医院 招采办 王老师 04343608866（文件咨询）

四平市中心人民医院 医工部 邱老师 13843413051（技术咨询）

四平市中心人民医院招标采购办公室

2021年12月23日



附件 1:

项目评分标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	价格因素	30分	满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30	
2	业绩	10分	近三年同类设备业绩，根据合同数量，每一个得2分，最多得5分	提供合同复印件加盖公章
3	技术指标和方案	40分	完全符合比选文件要求，没有负偏离得20分。与比选文件要求有非实质性的负偏离的扣分，每条扣2分，扣完为止。 技术指标和配置高于比选要求并体现产品的质量和性能更优的可加分，最多加20分。	
4	售后方案	15分	提供免费保修期最短的不得分，每增加一年得3分，最多得15分。	
5	财务状况	3分	提供近1年的财务报表，报表完整得、财务状况良好的得3分，一般的得2分，差的得1分，不完整及不提供的得0分。注：银行出具资信证明得1分。	以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准
6	投标文件的规范性	2分	投标文件规范，没有细微偏差情形得2分，有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。	
7	设备耗材情况	-15分	设备不需要配套使用耗材的不扣分，需要配套使用耗材的按下述标准扣分： 需独家提供专机专用耗材的扣5分；非专机专用耗材的不扣分； 耗材不属于省物价平台可收费项目的扣5分；属于可收费项目的不扣分； 耗占比高于30%的扣5分；耗占比低于30%的不扣分。	该项为扣分项